



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ZADANIE 3

Dodatek nr 1 do SIWZ

1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego
2. Kraj pochodzenia systemu
3. Nazwa oferowanego systemu informatycznego
4. Rok produkcji

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry Techniczne podlegające Ocenie – system informatyczny

**SYSTEM ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJ OBRAZÓW PACS Z URZĄDZENIAMI "NAS" I "LTO",
ROBOTEM DRUKUJĄCYM PŁYTY CD/DVD, STACJE DIAGNOSTYCZNE I PRZEGLĄDOWE, SYSTEM RIS I SYSTEM TELERADIOLOGII**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

I. System archiwizacji, komunikacji i dystrybucji obrazów PACS

Lp.	Nazwa parametru/warunku	Parametr/Warunek wymagany	System punktacji w ramach wymaganego/ oferowanego parametru	Parametr oferowany (opis parametru)	Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru (materiał źródłowy)
6	Szybki bufor (dyski o prędkości obrotowej 15kobr/min. lub równoważny) do gromadzenia danych obrazowych z zadanego okresu, co najmniej 2 dni (dziennie nie mniej niż 80GB)	TAK	Bez punktacji		
Szafa serwerowa z wyposażeniem					
43	Przełącznik Ethernetowy warstw 2/3/4 posiadający 24 porty 10/100/1000, 2 porty 10-gigabit oraz 4 wielofunkcyjne porty SFP – 2 szt	TAK, podać	Bez punktacji		

II. Robot nagrywający płyty CD/DVD z możliwością kolorowego nadruku

Lp.	Nazwa parametru/warunku	Parametr/Warunek wymagany	System punktacji w ramach wymaganego/ oferowanego parametru	Parametr oferowany (opis parametru)	Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru (materiał źródłowy)
7	Minimalne obciążenie miesięczne 3400 płyt	TAK, podać	Bez punktacji		

III. Urządzenie do archiwizacji danych obrazowych NAS

Lp.	Nazwa parametru/warunku	Parametr/Warunek wymagany	System punktacji w ramach wymaganego/ oferowanego parametru	Parametr oferowany (opis parametru)	Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru (materiał źródłowy)
17	Interfejs do połączenia z serwerem – podać jaki	TAK, podać	Bez punktacji		

V. Zasilacz awaryjny UPS do podtrzymania pracy serwera PACS

Lp.	Nazwa parametru/warunku	Parametr/Warunek wymagany	System punktacji ramach oferowanego/ wymaganego parametru	Parametr oferowany (opis parametru)	Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru (materiał źródłowy)
6	Czas podtrzymania przy połowie obciążenia – co najmniej 30 minut	TAK, podać	Bez punktacji		

VII. Stacja diagnostyczna spełniająca wymagania prawne w zakresie opisu badań CT/MR – 1szt.

Lp.	Nazwa parametru/warunku	Parametr/Warunek wymagany	System punktacji w ramach wymaganego/ oferowanego parametru	Parametr oferowany (opis parametru)	Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru (materiał źródłowy)
2	Monitory diagnostyczne - 2 szt., monitor medyczny kolorowy 1,3 Megapixeli kolor 1024x1280 punktów (1280x1024) (19") 48 cm, pole obrazu 376x301 mm, przekątna pola obrazowego 481 mm, wyświetlanych 16,77 milionów kolorów, plamka 0,294x0,294 mm, matryca TFT, kontrast 800:1, jasność 290 cd/m ² , kąt widzenia 176°x176°. Wejście sygnału: DVI-I 29-pin i D-Sub mini 15-pin, USB, czas reakcji 25 ms, obudowa monitora czarna, regulacja wysokości,	TAK, podać	Bez punktacji		

VIII. Stacja przeglądowa – 3szt.

Lp.	Nazwa parametru/warunku	Parametr/Warunek wymagany	System punktacji w ramach wymaganego/ oferowanego parametru	Parametr oferowany (opis parametru)	Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru (materiał źródłowy)
2	Monitor diagnostyczny - 1szt., 2 MPix kolor 1600x1200 punktów (21,3"), pole obrazu 432 x 324 mm, przekątna pola obrazowego 540 mm, wyświetlanych 16,77 miliona kolorów z palety 1,06 mld (10 bitów), plamka 0,270 mm, kontrast 1000:1, jasność 300 cd/m ² , kąt widzenia 178°/178°. Wejście cyfrowe DVI-I 29 pin (31-76 kHz, 59-61 Hz), analogowe D-Sub 15-pin (24-80 kHz, 49-76 Hz), interfejs USB, czas reakcji 16 ms, czas reakcji pośrednich 8 ms, regulowana wysokość, obudowa monitora czarna, układ Drift Correction.	TAK, podać	Bez punktacji		

XI. Serwis i gwarancja

Lp.	Nazwa parametru/warunku	Parametr/Warunek wymagany	System Punktacji w ramach wymaganego/ oferowanego parametru	Parametr oferowany (opis parametru)	Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru (materiał źródłowy)
5	wykasowano pkt. 5				

Wykonawca zobowiązany jest opisać zaoferowany parametr techniczny w niniejszym załączniku oraz dołączyć katalog lub folder potwierdzający wymagania graniczne.

Uwaga:

W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaoferują taką samą wartość parametru ocenianego otrzymają maksymalne ilości punktów za dany parametr.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda wartości parametru objętego „systemem punktacji w ramach wymaganego/oferowanego parametru” otrzyma 0 punktów za dany parametr.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda, że spełnia na „TAK” wymagania dotyczące wartości parametru objętego kolumną tabeli „Parametr/warunek wymagany” – oferta zostanie odrzucona.

.....

Podpis i pieczęć osoby/osób

uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI