



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 26 sierpnia 2009 r.

Dodatek nr 5 do SIWZ

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 tys. euro na zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologicznego w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce w podziale na trzy zadania, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 130/2009 poz. 189584 w dniu 10.07.2009r. „nr sprawy AM/DN/P/1/09 – Zadanie 3

W wyniku odpowiedzi na pytania złożone w dniach 24.08.2009 i 26.08.2009r na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie art.7 ust. 1 i 3 w związku z art.29 ust 1 i 2 ustawy w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących zmian w Załączniku nr 3.3 do SIWZ:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ZADANIE 3

Przedmiot zamówienia :

Wykonawca:

Producent:.....

Nazwa urządzenia / model / typ / :.....

Wymagany rok produkcji – 2009.

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry Techniczne podlegające Ocenie – system informatyczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

	Nazwa parametru/warunku	Parametr/Warunek wymagany	System punktacji w ramach wymaganego/oferowanego parametru.	Parametr oferowany(opis parametru)	Potwierdzenie spełnienia oferowanego parametru (materiał źródłowy)
IV. Urządzenie LTO					
	BYŁO:				
16.	Wysokość urządzenia maksymalnie 2U	TAK, podać	Bez punktacji		
	JEST:				
16.	Maksymalna wysokość urządzenia 4U	TAK, podać	Bez punktacji		
VIII. Stacja przeglądowna.					
	BYŁO:				
2.	Monitor diagnostyczny - 1szt., 2 MPix kolor 1600x1200 punktów (21,3"), pole obrazu 432 x 324 mm, przekątna pola obrazowego 540 mm, wyświetlanych 16,77 miliona kolorów z palety 1,06 mld (10 bitów), plamka 0,270 mm, kontrast 1000:1, jasność 300 cd/m ² , kąt widzenia 178°/178°. Wejście cyfrowe DVI-I 29 pin (31-76 kHz, 59-61 Hz), analogowe D-Sub 15-pin (24-80 kHz, 49-76 Hz), interfejs USB, czas reakcji 16 ms, czas reakcji pośrednich 8 ms, regulowana wysokość, obudowa monitora czarna, układ Drift Correction.	TAK, podać	Bez punktacji		
	JEST:				
2.	Monitor diagnostyczny - 1szt., 2 MPix kolor 1600x1200 punktów (21,3"), pole obrazu 432 x 324 mm, przekątna pola obrazowego 540 mm, wyświetlanych 16,77 miliona kolorów z palety 1,06 mld (10 bitów), plamka 0,270 mm, kontrast 1000:1, jasność 300 cd/m ² , kąt widzenia 178°/178°. Wejście cyfrowe DVI-I 29 pin (31-76 kHz, 59-61 Hz), analogowe D-Sub 15-pin (24-80 kHz, 49-76 Hz), interfejs USB, maksymalny czas reakcji 30 ms, regulowana wysokość, obudowa monitora czarna, układ Drift Correction.	TAK, podać	Bez punktacji		

	BYŁO:				
9.	System operacyjny z rodziny Microsoft Windows pozwalający wykorzystać 8GB pamięci RAM i posiadający interfejs użytkownika w języku polskim	TAK, podać	Bez punktacji		
	JEST:				
9.	System operacyjny z rodziny Microsoft Windows pozwalający wykorzystać 8GB pamięci RAM z obsługą klawiatury Polskiej	TAK, podać	Bez punktacji		

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu

Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 27 sierpnia 2009 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI