



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 19 sierpnia 2009 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 tys. euro na zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologicznego w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce, w podziale na trzy zadania, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 130/2009 poz. 189584 w dniu 10.07.2009 r., nr sprawy AM/DN/P/1/09 – zadanie 3.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwanej dalej ustawą, do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisma z zapytaniami.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1 dotyczące zadania nr 3

VI. System dystrybucji obrazów na oddziały szpitalne

Czy Zamawiający oczekuje podania wersji i nazwy aplikacji?

Odpowiedź:

Tak proszę o podanie wersji i nazwy aplikacji

Pytanie 2 dotyczące zadania nr 3

VI. System dystrybucji obrazów na oddziały szpitalne

punkt 45 - Interfejs użytkownika i instalacja obsługi przeglądarki w języku polskim?

Czy Zamawiający oczekuje wbudowanej pomocy kontekstowej w języku polskim?

Czy Zamawiający oczekuje iż system pozwoli również na wyszukiwanie i wyświetlanie danych osobowych pacjentów w języku polskim?

Odpowiedź:

Tak, pomoc kontekstowa w j.polskim. Wyszukiwanie i wyświetlanie danych osobowych pacjentów w j.polskim w zakresie oferowanym przez Dicom 3.0

Pytanie 3 dotyczące zadania nr 3

VII. Stacja diagnostyczna spełniająca wymagania prawne w zakresie opisu badań CT/MR – 1szt.

punkt 9 - System operacyjny z rodziny Microsoft Windows pozwalający wykorzystać 8GB pamięci RAM i posiadający interfejs użytkownika w języku polskim.

Czy Zamawiający dopuści system Windows XP Professional 64 bitowy z obsługą klawiatury polskiej jednak wersji EN. Pytanie swoje motywuję tym iż zamawiający w punkcie VII podpunkt 9 oczekuje dedykowanej przez producenta monitorów karty graficznej 3 monitorowej co za tym idzie dostępne są rozwiązania wiodących producentów EIZO, NEC, Totoku. Żadna z powyższych firm nie oferuje sterownika do karty graficznej dla systemu w polskiej wersji językowej,

Prosimy zatem o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź:

W związku bardzo małą ilością kart graficznych stosowanych w diagnostyce medycznej oferujących sterowniki do karty graficznej dla systemu w polskiej wersji językowej (np. rozwiązania firmy Diamond) dopuszczamy Windows XP Professional 64 bitowy wersja EN.

Pytanie 4 dotyczące zadania nr 3

VIII. Stacja przeglądowa – 3szt.

punkt 3 - Monitor posiada certyfikat MD/93/42/EEC

Czy w związku z tym iż zamawiający dopuścił monitory podglądowe rezygnuje w ww. wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje parametry podane w pkt. 3 części VIII.

Pytanie 5 dotyczące zadania nr 3

VIII. Stacja przeglądowa – 3szt.

punkt 11 - Monitor zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego.

Czy w związku z tym iż Zamawiający dopuścił monitory podglądowe rezygnuje z ww. wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje parametry podane w pkt. 11 części VIII.

Pytanie 6 do zadania nr 3:

III. Urządzenie do archiwizacji danych obrazowych NAS

Czy zamawiający zaakceptuje zewnętrzną macierz NAS lub FC o wysokości 4U? z rozpoznania przeprowadzonego przez naszą firmę nie są dostępne macierze NAS, FC o wysokości 3U i ilości zatok 24.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje macierz o wysokości 4U zgodnie z punktem 11 część III.

Pytanie 7 do zadania nr 3:

Kto ponosi koszty zakupu i instalacji oprogramowania niezbędnego do realizacji wymagań zawartych w punktach I.40, VI.5 i IX.12 parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Wyżej wymienione koszty ponosi dostawca rozwiązania.

W załączeniu dodatek nr 4 do SIWZ uwzględniający naniesione zmiany.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla Wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu

Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 19 sierpnia 2009 r.