



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 7 sierpnia 2009 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 tys. euro na zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologicznego w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce, w podziale na trzy zadania, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 130/2009 poz. 189584 w dniu 10.07.2009 r., nr sprawy AM/DN/P/1/09 – zadanie 3.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwanej dalej ustawą, do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisma z zapytaniami.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1 dotyczące zadania nr 3:

I. System archiwizacji, komunikacji i dystrybucji obrazów PACS.

Punkt 5 i 21 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu 16x kieszeń hot-swap na rzecz 6x kieszeń hot-swap co pozwoli oferentowi zaproponować rozwiązanie bardziej standardowe? Obecnie w/w rozwiązanie może być zaoferowane jedynie w formie składanego na zamówienie PC.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje parametry podane w pkt. 5 i 21 części I.

Pytanie 2 dotyczące zadania nr 3:

VII. Stacja diagnostyczna spełniająca wymagania prawne w zakresie opisu badań CT/MR.

Punkt 9 - Czy Zamawiający dopuści system operacyjny Windows obsługujący 8 GB pamięci RAM bez języka polskiego. Powodowane jest to tym, iż producenci sterowników do kart graficznych wspierających monitory diagnostyczne nie wydali jeszcze odpowiednich sterowników na wskazane systemy?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje parametry podane w pkt. 9 części VII.

Pytanie 3 dotyczące zadania nr 3:

I. System archiwizacji, komunikacji i dystrybucji obrazów PACS.

Punkt 7 – Czy Zamawiający zgodzi się by napęd LTO podłączony z serwerem za pomocą portu SCSI?

Odpowiedź:

Zamawiający podał w SIWZ, że dopuszcza każdy typ kontrolera równoważny z FC 4 Gbit/s, czyli o przepustowości 4 Gbit/s.

Pytanie 4 dotyczące zadania nr 3:

Czy zamawiający zamiast składania folderów, ulotek, dokumentacji technicznych mających potwierdzić oferowane parametry systemu informatycznego dopuści oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametrów dla zadania nr 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu parametrów systemu informatycznego – zadanie nr 3. Potwierdzeniem dla Zamawiającego są foldery, ulotki i dokumentacja techniczna. Wystarczy przedstawić jedną z wymienionych form.

Pytanie 5 do zadania nr 3:

Czy Zamawiający wymagając dostarczenia 8 GB pamięci RAM – VII. Stacja diagnostyczna spełniająca wymagania prawne w zakresie opisu badań CT/MR – 1 szt. – wymaga również by oprogramowanie diagnostyczne – VI. System dystrybucji obrazów na oddziały szpitalne – potrafiło również obsługiwać 8 GB pamięci RAM.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie diagnostyczne w VI. System dystrybucji obrazów na oddziały szpitalne – potrafiło również obsługiwać 8 GB pamięci. Pamięć ta zostanie wykorzystana przez system operacyjny, który parametry zostały określone w tej części specyfikacji, co będzie miało istotny wpływ na wydajność oprogramowania diagnostycznego.

Pytanie 6 do zadania nr 3:

IV. Urządzenie LTO.

Punkt 4 - Cza zamawiający zgodzi się by napęd LTO wyposażony był w 12 slotów na kasety?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje parametry podane w pkt. 4 części IV.

Pytanie 7 do zadania nr 3:

II. Urządzenie do archiwizacji danych.

Czy Zamawiający dopuści macierz FC jako równoważną dla macierzy NAS?

Odpowiedź:

Zamawiający już wcześniej określił udzielając wyjaśnień do treści SIWZ w dniu 3 sierpnia 2009 r., że dopuści zaoferowanie macierzy dyskowej (o identycznej pojemności i maksymalnej ilości dysków) podłączanej bezpośrednio do serwera szybkim interfejsem FC.

Pytanie 8 do zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści oferenta posiadającego udokumentowane minimum dwóch dostaw systemu informatycznego do obsługi pracowni tomografu komputerowego lub rezonansu i teleradiologii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferenta posiadającego udokumentowane wdrożenie systemu informatycznego do obsługi pracowni rezonansu lub tomografu komputerowego i teleradiologii.

Pytanie 9 do zadania nr 3:

II. Robot nagrywający płyty CD/DVD z możliwością kolorowego nadruku.

Punkt 6 - Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jedną nagrywarke?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje parametry podane w pkt. 6 części II.

Pytanie 10 do zadania nr 3:

IV. Urządzenie LTO.

Punkt 13 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie LTO nie wyposażone w czytnik kodów kreskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje parametry podane w pkt. 13 części IV.

Pytanie 11 do zadania nr 3:

VI. System dystrybucji obrazów na oddziały szpitalne.

Punkt 32 – Czy Zamawiający dopuści przeglądarkę nie posiadającą opcji rekonstrukcji 3D?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje parametry podane w pkt. 32 części VI.

W załączeniu dodatek nr 3 do SIWZ uwzględniający naniesione zmiany.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla Wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu

Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 7 sierpnia 2009 r.