



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ars Medical Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
adres do korespondencji: j.w.

Piła, 26 sierpnia 2009 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206 tys. euro na zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologicznego w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce, w podziale na trzy zadania, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 130/2009 poz. 189584 w dniu 10.07.2009 r., nr sprawy AM/DN/P/1/09 – zadanie 3.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwanej dalej ustawą, do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisma z zapytaniami.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1 dotyczące zadania nr 3

IV. Urządzenie LTO

Punkt 16 – Wysokość urządzenia maksymalnie 2U

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 4U?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 4U

Pytanie 2 dotyczące zadania nr 3

VIII. Stacja przeglądowa.

Punkt 2 – Monitor diagnostyczny - 1szt., 2 MPix kolor 1600x1200 punktów (21,3”), pole obrazu 432 x 324 mm, przekątna pola obrazowego 540 mm, wyświetlanych 16,77 miliona kolorów z palety 1,06 mld (10 bitów), plamka 0,270 mm, kontrast 1000:1, jasność 300 cd/m², kąt widzenia 178°/178°. Wejście cyfrowe DVI-I 29 pin (31-76 kHz, 59-61 Hz), analogowe D-Sub 15-pin (24-80 kHz, 49-76 Hz), interfejs USB, czas reakcji 16 ms, czas reakcji pośrednich 8 ms, regulowana wysokość, obudowa monitora czarna, układ Drift Correction.

Czy Zamawiający dopuści monitor o 10-bitowej krzywej korekcji gamma?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza monitory diagnostyczne z 10 bitową korekcją krzywej gamma, czyli które wyświetlają 16,77 miliona kolorów z palety 1,06 mld (10 bitów). Jednocześnie zwiększy maksymalny czas reakcji do 30 ms

Pytanie 3 dotyczące zadania nr 3

VIII. Stacja przeglądowa.

Punkt 9 – System operacyjny z rodziny Microsoft Windows pozwalający wykorzystać 8GB pamięci RAM i posiadający interfejs użytkownika w języku polskim

Czy Zamawiający dopuści system Windows XP Professional 64 bitowy z obsługą klawiatury Polskiej jednak wersji EN. Pytanie swoje motywuje tym iż zamawiający w punkcie VIII podpunkt 9 oczekuje dedykowanej przez producenta monitorów karty graficznej a co za tym idzie dostępne są rozwiązania wiodących producentów EIZO, NEC, Totoku. Żadna z powyższych firm nie oferuje sterownika do karty graficznej dla systemu w Polskiej wersji językowej,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści system operacyjny z rodziny Microsoft Windows pozwalający wykorzystać 8GB pamięci RAM z obsługą klawiatury Polskiej

W załączeniu dodatek nr 5 do SIWZ uwzględniający naniesione zmiany.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla Wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu

Zygmunt Malinowski

Pismo zamieszczone na stronie internetowej w dniu 27 sierpnia 2009 r.